

Техническое задание

Оказание услуг по ремонту медицинского оборудования с заменой запасных частей

№ п/п	Наименование товара, работ, услуг	Функциональные характеристики (потребительские свойства), качественные характеристики товара, описание выполняемых работ, оказываемых услуг	Ед. изм.	Кол-во оборуд-я
1	Ремонт УЗИ аппарата Philips HD11XE (sn US91078238) с заменой запасных частей	Разборка аппарата и демонтаж неисправных компонентов Замена платы FSB-321U V1.0 монитора UTAP20W - 1 шт, Программирование контроллера FLI5962-LF замена модуля подсветки LCD-дисплея – 1 шт, Проверка работоспособности и ввод в эксплуатацию	шт	1

Требования, установленные заказчиком к оказанию услуг, выполнения работ:

1. При проведении ремонта, специалисты проводят мероприятия в соответствии с требованиями соответствующей технической документации завода-изготовителя;

- на ремонтируемое оборудование, используя для этого собственный необходимый набор документов, измерительных приборов, а также расходный материал, разрешенный к применению в медицинских учреждениях;
- при проведении ремонтных работ должны быть использованы только фирменные запасные части и лицензионное программное обеспечение;
- гарантия на работы 12 месяцев со дня подписания акта выполненных работ.

Требование к организации: лицензия на техническое обслуживание изделий медицинской техники.

Срок выполнения ремонтных работ не более 15 рабочих дней

Гаврилов А. В. / Гаврилов А. В.